

**Unità Operativa Complessa E-Procurement**Via Enrico Fermi, 15  
01100 VITERBODirettore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni  
Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837  
e-mail [simona.digiovanni@asl.vt.it](mailto:simona.digiovanni@asl.vt.it)**Settore Beni Investimento e Informatica**Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837  
e-mail [francesca.dipietro@asl.vt.it](mailto:francesca.dipietro@asl.vt.it)

PROT. N° 58804

VITERBO, 08-07-2025

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO  
PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE****MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI CELLA SCHERMATA A FLUSSO LAMINARE PER MANIPOLAZIONE E PREPARAZIONE RADIOFARMACI GAMMA EMITTENTI (SPECT) PER UOC MEDICINA NUCLEARE P.O. VITERBO**

In riferimento all'oggetto, si fornisce di seguito riscontro a richiesta di chiarimenti pervenuta.

**QUESITO 1:**

Con riferimento alle caratteristiche tecniche di sistema, punto A del capitolato tecnico della manifestazione di interesse, a pag. 3 del documento si richiede una cella schermata con dimensioni dell'area di lavoro (l x p x h) tassativamente NON inferiori a 1200 x 500 x 600 mm per permettere la manipolazione contemporanea di più preparazioni. Si fa presente che tale caratteristica richiesta risulta essere particolarmente stringente, dato che, per quanto di nostra conoscenza, è presente un solo prodotto sul mercato attuale che possa rispondere a tale requisito, ovvero un'area di lavoro con larghezza non inferiore a 1200 mm, escludendo quindi tutti gli altri produttori dal partecipare alla procedura, in contrasto con il principio di più ampia partecipazione del codice degli appalti. Inoltre, le dimensioni dell'area di lavoro della cella dello scrivente risultano essere solo di poco inferiori... Si richiede pertanto di modificare tale requisito vincolante, al fine di permettere la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati.

**RISPOSTA 1:**

Si conferma il Capitolato Tecnico, rimandando comunque al principio di equivalenza funzionale.

**QUESITO 2:**

Con riferimento alle caratteristiche tecniche di sistema, punto A del capitolato tecnico della manifestazione di interesse, a pag. 3 del documento si richiede un accesso al piano di lavoro tramite due aperture scorrevoli, in modo da poter agevolare le operazioni sull'intera superficie di lavoro.

Si fa presente che tale caratteristica richiesta risulta essere particolarmente stringente, dato che, per quanto di nostra conoscenza, è presente un solo prodotto sul mercato attuale che possa rispondere a tale requisito, ovvero l'accesso al piano con aperture scorrevoli invece che incernierate escludendo quindi tutti gli altri produttori dal partecipare alla procedura, in contrasto con il principio di più ampia partecipazione del codice degli appalti. Si richiede pertanto di modificare tale requisito, al fine di permettere la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati.

**RISPOSTA 2:**

Il requisito in menzione è da intendersi "Accesso al vano di lavoro che consenta di agevolare le operazioni sull'intera superficie di lavoro".

Resta fermo il principio di equivalenza funzionale.

**QUESITO 3:**

Con riferimento alla richiesta di ritiro e smaltimento della cella di manipolazione esistente ELIZADUE Comecer, si chiede di poter effettuare un sopralluogo tecnico per la valutazione dell'attività, quanto tale cella di manipolazione, per le sue peculiari caratteristiche costruttive, non può essere disassemblata in loco ed è

quindi necessario realizzare un passaggio dalla camera calda ai locali esterni. Si richiede una proroga dei tempi di sottomissione della manifestazione di interesse al fine di poter effettuare tale sopralluogo.

**RISPOSTA 3:**

Sarà possibile eseguire sopralluogo facoltativo sui locali, finalizzato al ritiro e smaltimento usato, all'atto dell'avvio della procedura di gara (preventivamente al deposito delle offerte ufficiali), successivamente alla fase attuale di mera manifestazione di interesse a partecipare a gara.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Responsabile  
UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e  
gestione del budget centrale e settoriale  
Dr.ssa Tania Morano

fdp

