

Procedura

Registro di Sistema Bando :PI050716-25

Ente Appaltante :ASL Viterbo

Oggetto :PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO, IN NOLEGGIO PER 48 MESI, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 2 APPARECCHI PORTATILI ARCO A "C" DIGITALE DIRETTO, PER U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. VITERBO
CIG:

Richiedente

[REDACTED]

Richiesta chiarimento

Registro di Sistema:PI065191-25del28/03/2025 08:50:54

Chiarimento

1. Nel capitolato tecnico nel capitolo Caratteristiche tecniche del lotto 2 si richiede la dotazione di "software per analisi vascolare", dal momento che il sistema è per uso ortopedico si chiede se è corretto intendere tale richiesta solo come dotazione di software per le misure lineari, escludendo quindi i software di roadmap e di sottrazione d'immagine.
2. Nel capitolato tecnico nel capitolo "criteri di valutazione delle offerte" per quanto attiene ai sottocriteri di valutazione tecnica vengono attribuiti 5 punti ai sistemi di integrazione. Si chiede di confermare che per sistemi di integrazione s'intendono solo tutte le possibili configurazioni di rete dell'arco mobile con i sistemi informativi ospedalieri (Ris/Pacs).

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema:PI068342-25del01/04/2025 14:59:36

Risposta Quesito

- 1) Per mero errore l'indicazione è stata inserita nell'ambito del lotto 2 "Ortopedico". La richiesta di Software per analisi vascolare, comprensiva delle metodiche di sottrazione di immagine (DSA) e ROADMAPPING, è da intendersi valida e relativa solo al lotto 1 "Vascolare".
- 2) Non si conferma. Si conferma invece il Capitolato Tecnico.