

ASL Viterbo

Procedura**Registro di Sistema Bando** :PI169474-25**Ente Appaltante** :ASL Viterbo**Oggetto** :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, PRESSO IL P.O. DI VITERBO, DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 1,5T (LOTTO 1) E N. 1 SISTEMA ANGIOGRAFO BIPLANO (LOTTO 2).**CIG:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Richiesta chiarimento**Registro di Sistema**:PI174169-25del12/08/2025 18:44:24**Chiarimento**

Si chiedono i seguenti chiarimenti

Lotto 1 – Imp. Risonanza magnetica

- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, tutti i lavori edili ed impiantistici saranno a carico della stazione appaltante. Resterà a carico dell'aggiudicataria solamente il progetto d'installazione dell'apparecchiatura offerta.
- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, la progettazione esecutiva del piano di carico necessario all'ingresso della nuova RM nel sito risulta essere a carico dell'aggiudicataria. Mentre, la realizzazione di tale piano di carico risulta a carico della stazione appaltante.
- Si chiede di confermare che eventuali opere edili ed impiantistiche necessarie per l'estrazione della RM Achieva esistente al piano 2 blocco E siano a carico della stazione appaltante.
- Si chiede di specificare se la fornitura e posa del Quadro elettrico a servizio del sistema RM è a cura dell'Azienda Ospedaliera oppure è a carico del fornitore dell'apparecchiatura;
- Si chiede di mettere a disposizione il progetto del rinforzo a pavimento già realizzato;
- Si chiede di confermare che la gabbia di radiofrequenza e le relative schermatura in ferro speciale per il contenimento del campo magnetico saranno a cura dell'azienda ospedaliera;
- Si chiede di specificare i tempi per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura, dato alcune incongruenze all'interno della documentazione di gara (75 gg / 60 gg)

Lotto 2 – Angiografo Biplano

- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, tutti i lavori edili ed impiantistici saranno a carico della stazione appaltante. Resterà a carico dell'aggiudicataria solamente il progetto d'installazione dell'apparecchiatura offerta.
- Si chiede di specificare se la fornitura e posa del Quadro elettrico a servizio del sistema Angiografico è a cura dell'Azienda Ospedaliera oppure è a carico del fornitore dell'apparecchiatura;
- Si chiede di mettere a disposizione il progetto del rinforzo a pavimento già realizzato;
- Si chiede di specificare i tempi per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura, dato alcune incongruenze all'interno della documentazione di gara (75 gg / 60 gg).

Risposta a Richiesta Chiarimento**Registro di Sistema**:PI176317-25del20/08/2025 13:33:04**Risposta Quesito**

RISPOSTE AI QUESITI

Lotto 1 – Imp. Risonanza magnetica

- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, tutti i lavori edili ed impiantistici saranno a carico della stazione appaltante.

ASL Viterbo

Resterà a carico dell'aggiudicataria solamente il progetto d'installazione dell'apparecchiatura offerta.

SI CONFERMA.

- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, la progettazione esecutiva del piano di carico necessario all'ingresso della nuova RM nel sito risulta essere a carico dell'aggiudicataria. Mentre, la realizzazione di tale piano di carico risulta a carico della stazione appaltante.

SI CONFERMA.

- Si chiede di confermare che eventuali opere edili ed impiantistiche necessarie per l'estrazione della RM Achieva esistente al piano 2 blocco E siano a carico della stazione appaltante.

SI CONFERMA.

- Si chiede di specificare se la fornitura e posa del Quadro elettrico a servizio del sistema RM è a cura dell'Azienda Ospedaliera oppure è a carico del fornitore dell'apparecchiatura;

SI CONFERMA LA FORNITURA DEL QUADRO ELETTRICO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. RIMANGONO DA FORNIRE, A CURA DELL'AGGIUDICATARIO, LE CARATTERISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO.

- Si chiede di mettere a disposizione il progetto del rinforzo a pavimento già realizzato;

L'AMMINISTRAZIONE NON RITIENE NECESSARIO INVIARE TALE DOCUMENTAZIONE IN QUESTA FASE, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

- Si chiede di confermare che la gabbia di radiofrequenza e le relative schermatura in ferro speciale per il contenimento del campo magnetico saranno a cura dell'azienda ospedaliera;

SI CONFERMA.

- Si chiede di specificare i tempi per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura, dato alcune incongruenze all'interno della documentazione di gara (75 gg / 60 gg)

SI CONFERMANO 60 GIORNI.

Lotto 2 – Angiografo Biplano

- Si chiede di confermare che, come indicato in sede di sopralluogo, tutti i lavori edili ed impiantistici saranno a carico della stazione appaltante. Resterà a carico dell'aggiudicataria solamente il progetto d'installazione dell'apparecchiatura offerta.

SI CONFERMA.

- Si chiede di specificare se la fornitura e posa del Quadro elettrico a servizio del sistema Angiografico è a cura dell'Azienda Ospedaliera oppure è a carico del fornitore dell'apparecchiatura;

SI CONFERMA LA FORNITURA DEL QUADRO ELETTRICO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE. RIMANGONO DA FORNIRE, A CURA DELL'AGGIUDICATARIO, LE CARATTERISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO.

- Si chiede di mettere a disposizione il progetto del rinforzo a pavimento già realizzato;

L'AMMINISTRAZIONE NON RITIENE NECESSARIO INVIARE TALE DOCUMENTAZIONE IN QUESTA FASE, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

- Si chiede di specificare i tempi per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura, dato alcune incongruenze all'interno della documentazione di gara (75 gg / 60 gg).

SI CONFERMANO 60 GIORNI.

Il R.U.P. Dr.ssa Tania Morano