



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

Unità Operativa Complessa E-Procurement

Via Enrico Fermi, 15
01100 VITERBO

Direttore *ad interim*: Dott.ssa Simona Di Giovanni
Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837
e-mail simona.digiovanni@asl.vt.it

Settore Beni Investimento e Informatica

Riccardo Corgna
Tel. 0761 236818 – Fax 0761 237837
e-mail riccardo.corgna@asl.vt.it

OGGETTO: Chiarimento

In relazione a quanto descritto nell'allegato dell'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla fornitura di set di trasferimento MDC multi paziente per iniettore e linea infusione monopaziente, si chiarisce che le valvole anti reflusso devono essere almeno 5 (2 doppie e 1 singola). La dicitura 6, come precedentemente indicato, è da considerarsi errore di battitura.

Il Responsabile
UOS Adempimento e
Controllo Applicazione dei contratti e
gestione del budget centrale e settoriale - UOC E-Procurement
Dott.ssa Tania Morano

R.C.