Procedura

Registro di Sistema Bando :PI169474-25
Ente Appaltante :ASL Viterbo
Oggetto :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, PRESSO IL P.O. DI VITERBO, DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 1,5T (LOTTO 1) E N. 1 SISTEMA ANGIOGRAFO BIPLANO (LOTTO 2).
CIG:

[redacted]

Richiesta chiarimento

Registro di Sistema:PI177497-25**del**25/08/2025 10:55:25
Chiarimento

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Per il Lotto 1, si chiede conferma che lo smaltimento della gabbia di Faraday esistente della risonanza Philips Achieva sia a carico dell'ente ospedaliero.
2) Per il Lotto 1, si chiede conferma che l'abbassamento del campo magnetico e la messa in sicurezza della risonanza Philips Achieva prima del relativo smontaggio e smaltimento, sia a carico dell'ente ospedaliero.
3) Per il Lotto 1, si chiede conferma, rispetto al parametro di valutazione "Gradienti", che, relativamente ai valori di intensità massima e di slew rate massimo, siano da considerarsi i valori su singolo asse e non il valore vettoriale.
4) si richiedono i dwg inerenti le sezioni dei locali per valutare le altezze o quantomeno dei pdf degli impianti e delle sezioni dei locali per valutare le altezze.
5) come S.A avete preferenze sul workflow operativo all'interno della sala, verrà poi comunque verificato in fase di progettazione.

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema:PI178298-25**del**26/08/2025 10:23:46
Risposta Quesito

RISPOSTA QUESITO 1: Si conferma che lo smontaggio e lo smaltimento della gabbia sono a carico della S.A.
RISPOSTA QUESITO 2: La messa in sicurezza del tomografo preliminare allo smontaggio è a carico dell'Aggiudicatario.
RISPOSTA QUESITO 3: Si conferma quanto riportato in Capitolato.
RISPOSTA QUESITO 4: L'Amministrazione non ritiene necessario inviare tale documentazione in questa fase, ai fini della presentazione dell'offerta.
RISPOSTA QUESITO 5: L'Amministrazione non ritiene necessario inviare tali informazioni in questa fase, ai fini della presentazione dell'offerta.