



U.O.C. E Procurement
Settori Prodotti
Tel. 0761- 237 838
Fax 0761 237837
e-mail: simona.stefanoni@asl.vt.it

PROT. N° 71024

VITERBO, 19-08-2025

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E MATERIALE DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MENINGITI IN URGENZA, DELLE CRE E DELLE RESISTENZE NON COMUNI

La ASL Viterbo ha necessità di provvedere alla fornitura di un sistema diagnostico, che utilizzi la tecnica PCR Real Time ,completamente automatico monotest in grado di eseguire la ricerca diretta sul liquor di acidi nucleici, di più patogeni contemporaneamente , che sia in grado di eseguire la ricerca diretta di batteri produttori di carbapenemasi e β -lattamasi (CRE) e che possa eseguire la ricerca di resistenze non comuni (IMP, IMI, GES, GIM) in Enterobacterales, Pseudomonas e Acinetobacter e di resistenza per Acinetobacter baumannii (OXA51, OXA23, OXA40, OXA58, NDM).

Caratteristiche dello strumento:

- Il Sistema deve utilizzare la tecnica PCR Real Time;
- Piattaforma strumentale unica certificata CE-IVD;
- Piattaforma in grado di eseguire in completa automazione e in urgenza tutte le fasi analitiche dall'estrazione del campione fino all'interpretazione dei risultati, che debbono avvenire nello stesso dispositivo di analisi, senza alcun intervento dell'operatore;
- Strumento da banco con il minor ingombro possibile e che risponda alle esigenze organizzative del laboratorio;
- Il sistema deve essere semplice e con minor manipolazione possibile del campione da parte dell'operatore a garanzia di maggiore sicurezza;

Reagenti e consumabili:

- Kit completi di tutti i reagenti e i consumabili necessari all'esecuzione del test, confezionati in monotest e pronti all'uso, possibilmente stabili anche a temperature ambiente;
- Presenza di un controllo di processo in ogni singolo monotest;
- Tempo massimo di esecuzione n° 1 ora;



Il sistema dovrà disporre di :

1. Test rapido per la determinazione delle meningiti batteriche e virali con la rilevazione di almeno i seguenti patogeni:
 - Escherichia coli
 - Haemophilus influenzae
 - Neisserie meningitidis
 - Streptococcus pneumoniae
 - Streptococcus agalactiae
 - Listeria Monocytogenes
 - Herpes Simplex virus (HSV-1)
 - Herpes Simplex virus (HSV-2)
 - Varicella Zoster virus (VZV)
2. Test rapido per la determinazione diretta e simultanea di batteri produttori di carbapenemasi e β -lattamasi a spettro esteso validato su colonie batteriche provenienti da emocolture positive, tampone rettale e urine.
3. Test rapido per la determinazione diretta di resistenze non comuni (IMP, IMI, GES, GIM) in Enterobacteriales, Pseudomonas e Acinetobacter da colonie batteriche.
4. Test rapido per la determinazione diretta della resistenza per Acinetobacter baumannii (OXA51, OXA23, OXA40, OXA58, NDM).

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alla normativa vigente e certificati CE-IVD.

Dovrà essere garantita:

- assistenza tecnica telefonica entro 24 ore;
- assistenza tecnica in sede entro 48 ore in caso di guasti;
- dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione;
- dovrà essere garantito il supporto tecnico scientifico anche telefonico;

Dovrà essere garantita formazione in sede del personale addetto all'uso dello strumento;

dovranno essere garantiti eventuali aggiornamenti tecnologici.

Dovrà essere fornito l'elenco degli enti utilizzatori e della bibliografia pubblicata in merito all'utilizzo del sistema.

Si stima di eseguire in un anno circa:

- 130 test-liquor
- 75 test-CRE
- 10 test rapidi resistenze non comuni
- 10 test rapidi resistenza Acinetobacter b.

L'operatore economico interessato dovrà far pervenire la propria proposta commerciale completa di:

- Scheda tecnica
- Codice e la descrizione articolo della ditta, il codice del fabbricante la CND, il Codice di Repertorio;
- il codice UDI-DI (ove presente)
- Il prezzo unitario IVA esclusa, l'aliquota IVA, il confezionamento
- Elenco dei prezzi praticati presso le Strutture Sanitarie del SSN

La sopradetta documentazione dovrà essere inviata, entro 7 giorni dalla presente all'indirizzo PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it o sul portale Stell@.

La presente indagine esplorativa di mercato non costituisce impegno all'acquisto.

Successivamente la Stazione appaltante procederà con eventuale procedura di acquisto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 come da normativa vigente.

Dirigente Adempimento e controllo Applicazione dei Contratti
e gestione del Budget Centrale e settoriale
Dr.ssa Tania Morano